

# MarGage 405 / 406

## Mérőhasáb-készlet acélból

### TULAJDONSÁGOK

- A mérőhasábok helytakarékos függőleges elrendezése
- **K osztálypontosság**
- Referencia etalon, különösen a hozzárendelt mérőlaboratóriumok etalonjainak, pl. az alatta lévő pontossági osztályok mérőhasábjainak kalibrálásához.
- **0 osztálypontosság**
- A legmagasabb pontossági követelményeknek való megfelelés biztosításához. Mérőhasábokat és nagyon pontos mérőeszközöket kalibráló mérőlaboratóriumokban és finom mérőterekben az alpmértékként történő használatra.
- **1. osztálypontosság**
- Magas pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőhasábként mérőszobának. Különösen pontos mérések végrehajtásához. Kijelzős mérőeszközök beállítására. Pontos idomszerek vizsgálatához.
- **2. osztálypontosság**
- IT 6 és IT 7 minőségű munkaidomszerekhez. Kijelzős mérőeszközök beállításához Pontos méretek vizsgálatához a készü légyártásban.
- **Szállítási terjedelem:** Fa doboz áttekinthető feliratcsíkokkal, Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
- **Hosszirányú tágulási együttható:**  $11,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



### MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Darabszám készletenként	Túrésosztály	Névleges méretek	Osztás	Darabszám
		Darab		mm	mm	
4800410	405	47	0	1,005 1,01 – 1,19 1,2 – 1,9 1 – 9 10 – 100	- 0,01 0,1 1 10	1 19 8 9 10
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt			
4800411	405	47	1	1,005 1,01 – 1,19 1,2 – 1,9 1 – 9 10 – 100	- 0,01 0,1 1 10	1 19 8 9 10
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt			
4800412	405	47	2	1,005 1,01 – 1,19 1,2 – 1,9 1 – 9 10 – 100	- 0,01 0,1 1 10	1 19 8 9 10
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt			
4800413DKS	405	47	K	1,005 1,01 – 1,19 1,2 – 1,9 1 – 9 10 – 100	- 0,01 0,1 1 10	1 19 8 9 10
			Tartalmazza a DAkkS kalibrációs tanúsítványt			
4800010	406	87	0	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 9,5 10 – 100	- 0,001 0,01 0,5 10	1 9 49 18 10
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt			
4800011	406	87	1	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 9,5 10 – 100	- 0,001 0,01 0,5 10	1 9 49 18 10
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt			
4800012	406	87	2	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 9,5 10 – 100	- 0,001 0,01 0,5 10	1 9 49 18 10
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt			
4800014DKS	406	87	K	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 9,5 10 – 100	- 0,001 0,01 0,5 10	1 9 49 18 10
			Tartalmazza a DAkkS kalibrációs tanúsítványt			

### TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4800130	Tartozékok karbantartáshoz	424
4800140	Síkűveg, Ø = 45 mm	421
4800142	Fa csipesz	423



423



424