

MarGage 408 / 409

Mérőhasáb-készlet acélból

TULAJDONSÁGOK

- A mérőhasábok helytakarékos függőleges elrendezése
- **K osztálypontosság**
- Referencia etalon, különösen a hozzárendelt mérőlaboratóriumok etalonjainak, pl. az alatta lévő pontossági osztályok mérőhasábjainak kalibrálásához.
- **0 osztálypontosság**
- A legmagasabb pontossági követelményeknek való megfelelő biztosításához. Mérőhasábokat és nagyon pontos mérőeszközöket kalibráló mérőlaboratóriumokban és finom mérőterekben az alpmértékként történő használatra.
- **1. osztálypontosság**
- Magas pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőhasábként mérőszobának. Különösen pontos mérések végrehajtásához. Kijelzős mérőeszközök beállítására. Pontos időszerek vizsgálatához.
- **2. osztálypontosság**
- IT 6 és IT 7 minőségű munkaidomszerekhez. Kijelzős mérőeszközök beállításához Pontos méretek vizsgálatához a készülékgyártásban.
- **Szállítási terjedelem:** Fa doboz áttekinthető feliratcsikkal, Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
- **Hosszirányú tágulási együttható:** $11,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Darabszám készletenként	Tűrésosztály	Névleges méretek	Osztás	Darabszám
		Darab		mm	mm	
4800020	408	111	0	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt	1–24,5 25–100	0,5 25	48 4
4800021	408	111	1	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt	1–24,5 25–100	0,5 25	48 4
4800022	408	111	2	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt	1–24,5 25–100	0,5 25	48 4
4800027DKS	408	111	K	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a DAkkS kalibrációs tanúsítványt	1–24,5 25–100	0,5 25	48 4
4800030	409	121	0	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt	1,6–1,9 1–24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	0,1 0,5 10 25	4 48 6 4
4800031	409	121	1	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt	1,6–1,9 1–24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	0,1 0,5 10 25	4 48 6 4
4800032	409	121	2	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt	1,6–1,9 1–24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	0,1 0,5 10 25	4 48 6 4
4800033DKS	409	121	K	0,5 1,001–1,009 1,01–1,49	- 0,001 0,01	1 9 49
			Tartalmazza a DAkkS kalibrációs tanúsítványt	1,6–1,9 1–24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	0,1 0,5 10 25	4 48 6 4



423



424

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4800130	Tartozékok karbantartáshoz	424
4800140	Síkűveg, Ø = 45 mm	421
4800142	Fa csipesz	423